

**I. COMUNIDAD DE MADRID****D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**

- 33** *RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se anuncia modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el expediente PAPC 2021-1-27 MAM de “Suministro de prótesis y expansores mamarios y otros expansores tisulares”.*

Por haberse detectado error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el expediente PAPC 2021-1-27 de Suministro de prótesis y expansores mamarios y otros expansores tisulares”, en el apartado:

**2.2. Especificaciones Técnicas**

Lote 3. Orden 4 y 5. Código 040292 y 031333. Prótesis mamaria anatómica texturizada + expansor mamario (página 3, lote 3)

**PROCEDE**

Donde pone:

Disponibilidad de prótesis con superficies texturizada sin reducción de sal o azúcar (con tamaño del poro medio entre 50-150  $\mu\text{m}$ ) en los diferentes modelos.

Debe poner:

Disponibilidad de prótesis con superficies texturizada sin reducción de sal o azúcar (con tamaño del poro medio entre 30-150  $\mu\text{m}$ ) en los diferentes modelos.

En Getafe, a 17 de mayo de 2021.—El Director-Gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.

(01/17.919/21)

