

I. COMUNIDAD DE MADRID**D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**

- 32** *RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que se anuncia modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el expediente PAPC 2021-1-6 DRE de “Suministro de Drenajes y Bolsas de Drenaje”.*

Por haberse detectado error material en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el expediente PAPC 2021-1-6 de “Suministro de Drenajes y Bolsas de Drenaje”, en el lote 6 (número de orden 18, artículo 58502):

PROCEDE

Donde pone: “Kit compuesto de: 1 Botella estéril de un solo uso para drenaje pleural domiciliario de 1000 cc de capacidad; vendaje autoadhesivo...”.

Debe poner: “Kit compuesto de: 1 Botella estéril de un solo uso para drenaje pleural domiciliario de 1000 cc de capacidad, con un regulador de flujo giratorio; vendaje autoadhesivo...”.

En Getafe, a 2 de septiembre de 2021.—El Director-Gerente, Miguel Ángel Andrés Molinero.

(01/26.554/21)

