

# I. COMUNIDAD DE MADRID

## D) Anuncios

### Consejería de Sanidad

#### HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

**19** *RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2024, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la convocatoria del contrato de “Suministro de implantes: prótesis de digestivo”. P. A. 2024-0-3.*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa. Hospital Universitario “La Paz”.
  - c) Obtención de documentación e información:
    1. Dependencia: Hospital Universitario “La Paz”.
    2. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
    3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
    4. Teléfono: 917 277 247.
    5. Telefax: 917 277 047.
    6. Correo electrónico: No.
    7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: [http://www.madrid.org/contratos públicos](http://www.madrid.org/contratos_publicos)
  - d) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de septiembre de 2024.
  - e) Número de expediente: P. A. 2024-0-3.
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo: Suministros.
  - b) Descripción: Prótesis de digestivo.
  - c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Diez.
    - Lote 1:
      - Prótesis plástica para drenaje biliar entre 7 y 11.5 fr de grosor (al menos 4 medidas). Longitud entre 3 y 18 cm, ambos inclusive (al menos 7 medidas). Alta visibilidad fluoroscópica. Atraumática, con punta perfilada. Prótesis rectas con aletas internas y externas y de doble Pig-Tail. Sin látex.
      - Sistema de introducción de prótesis para drenaje biliar de polietileno adecuado para cada medida de la prótesis.
    - Lote 2:
      - Prótesis plástica pancreática entre 3 y 10 fr de grosor (al menos 5 medidas) y longitudes entre 2 y 15 cm (al menos 12 medidas). Disponibles con y sin aletas internas de anclaje intrapancreáticas. Multiperforado distal, terminal y laterales. Alta visibilidad fluoroscópica. Atraumática, con punta perfilada. Formas recta y Pig-Tail duodenal. Sin látex. Estéril.
      - Sistema de introducción de prótesis pancreática para distintos diámetros.
    - Lote 3:
      - Set de drenaje nasobiliar compuesto por: catéter de drenaje nasobiliar plástico de diferentes medidas, con marcas de posición endoscópicas, y todos los tubos y conectores necesarios para su colocación.
    - Lote 4:
      - Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único no recubierta, con al menos 4 marcas radiopacas y marcador endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica. De 4 a 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y

de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 8,5 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex.

- Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único. Totalmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y marcador endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica. Entre 4 y 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través de canal del endoscopio, no superior a 9 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex.
- Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único. Parcialmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y marcados endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 4 y 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 9 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex.

#### Lote 5:

- Prótesis biliar autoexpansible de nitinol, no recubierta, sin acortamiento. Sistema introductor de 6 fr o menos. Alta visibilidad fluoroscópica, con al menos 4 marcas radiopacas (4 en el extremos proximal y 4 en el extremo distal) de 4 a 12 cm de longitud (al menos 4 medidas) de 6 a 10 mm de diámetro, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).

#### Lote 6:

- Dispositivo de aposición luminal para drenaje por vía endoscópica/ecoendoscópica de colecciones pancreáticas o del tracto biliar, compuesto por stent totalmente recubierto en forma de diábolo o similar, catéter para colocación a través del endoscopio y mecanismo de electrocauterización. Diferentes diámetros y longitudes del stent entre 6 y 20 mm de diámetro. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex.

#### Lote 7:

- Sistema de prótesis duodenal autoexpansible de nitinol, no recubierta, con al menos 3 marcas radiopacas y zona transparente, alta visibilidad fluoroscópica, entre 6 y 12 cm de longitud (al menos 3 medidas) diámetro de 22 mm de cuerpo con sistema de anclaje antimigratorio, con copas de mayor diámetro y extremos atraumáticos. Con sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 10 fr, para canal de trabajo de 3,7 mm mínimo. Recapturable y reposicionable durante el despliegue, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).

#### Lote 8:

- Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo. Totalmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con indicación en patología benigna, con al menos 4 marcas radiopacas y endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 8 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 18 y 13 mm de diámetro de cuerpo (al menos 2 medidas). Con sistema antimigratorio con copas de mayor diámetro y extremos atraumáticos. Recapturable durante el despliegue. Hilo de sutura para facilitar retirada. Sistema de liberación de 75-120 cm, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).
- Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo. Parcialmente recubierta con recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 8 a 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 20 mm, aproximadamente, de diámetro. Con sistema antimigratorio con copas de ma-

yor tamaño y extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de liberación de 75 a 120 cm, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).

Lote 9:

- Sistema de prótesis esofágica autoexpandible de nitinol mallado de un solo hilo para colocación a través del canal del endoscopio, compatible con canal de trabajo de 3,7 mm. Indicación benigna. Totalmente recubierta con silicona, con al menos 4 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 6 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 14 y 18 mm de diámetro de cuerpo (al menos 2 medidas) con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Retirable. Hilo para facilitar retirada. Para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).
- Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo para colocación a través del canal endoscópico, compatible con canal de trabajo de 3,7 mm. Parcialmente recubierta con silicona. Con al menos 5 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica. Entre 6 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 14 y 18 mm de diámetro de cuerpo. Con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Retirable. Hilo para facilitar retirada/reposicionamiento. Para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).

Lote 10:

- Sistema de prótesis colónica autoexpansible de nitinol, no recubierta, alta visibilidad fluoroscópica, con al menos 3 marcas radiopacas. Entre 6 y 12 cm de longitud (al menos 3 medidas) y diámetro de cuerpo de entre 22 y 25 mm. Con sistema de anclaje antimigratorio con copas de mayor tamaño y extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Para colocación a través del canal del endoscopio, compatible con canal de trabajo 3,7 mm con sistema de liberación no superior a 10 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional).
- d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “La Paz”.
    1. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
    2. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
  - e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
  - f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Cuarenta y ocho meses.
  - g) Establecimiento de un Acuerdo marco (en su caso): No.
  - h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
  - i) CPV (referencia de nomenclatura): 33184100-4.
  - j) Compra pública innovadora: No.
  3. Tramitación y procedimiento:
    - a) Tramitación: Ordinaria.
    - b) Procedimiento: Abierto.
    - c) Subasta electrónica: No.
    - d) Criterios de adjudicación: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  4. Valor estimado del contrato: 777.988,05 euros.
  5. Presupuesto base de licitación:
    - Importe neto: 185.235,25 euros.
    - IVA (10 por 100 y 21 por 100): 18.696,25 euros.
    - Importe total: 203.931,50 euros.
  6. Garantías exigidas:
    - Provisional: No.
    - Definitiva: Ver punto 13, del capítulo primero, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
  - a) Clasificación: No.
  - b) Solvencia económica y financiera: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
Solvencia técnica y profesional: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  - c) Otros requisitos específicos: No.
  - d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
  - a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2024, hasta las 18:00 horas.
  - b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí.
  - c) Lugar de presentación: Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario “La Paz”, en la URL:  
— <https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz>
  - d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
  - e) Admisión de variantes: No.
  - f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses, contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de ofertas:
  - a) Descripción: Propositiones económicas.
  - b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261. Sala de Juntas, planta segunda del edificio Norte.
  - c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
  - d) Fecha: 25 de septiembre de 2024. No pública (actualizaciones de fechas, ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid).
10. Gastos de publicidad: Los que resulten de la aplicación de las tarifas oficiales por publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y cuyo importe máximo se estima en 3.000 euros. El importe de estos gastos será por cuenta del contratista adjudicatario, en proporción a su adjudicación, debiendo remitir al Órgano de Contratación el justificante de haber realizado correctamente el pago.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 6 de agosto de 2024.
12. Otras informaciones: ...

Madrid, a 6 de agosto de 2024.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo.

(01/13.126/24)

